


## 【質問1】

## 御施設のある都道府県

県コード	都道府県	件数	比率
01	北海道	97	5.64%
02	青森県	20	1.16%
03	岩手県	31	1.80%
04	宮城県	39	2.27%
05	秋田県	25	1.45%
06	山形県	22	1.28%
07	福島県	37	2.15%
08	茨城県	25	1.45%
09	栃木県	19	1.10%
10	群馬県	39	2.27%
11	埼玉県	56	3.25%
12	千葉県	42	2.44%
13	東京都	141	8.19%
14	神奈川県	88	5.11%
15	新潟県	25	1.45%
16	富山県	22	1.28%
17	石川県	27	1.57%
18	福井県	8	0.46%
19	山梨県	11	0.64%
20	長野県	32	1.86%
21	岐阜県	21	1.22%
22	静岡県	42	2.44%
23	愛知県	48	2.79%
24	三重県	22	1.28%
25	滋賀県	20	1.16%
26	京都府	32	1.86%
27	大阪府	97	5.64%
28	兵庫県	62	3.60%
29	奈良県	19	1.10%
30	和歌山県	16	0.93%
31	鳥取県	11	0.64%
32	島根県	16	0.93%
33	岡山県	37	2.15%
34	広島県	52	3.02%
35	山口県	21	1.22%
36	徳島県	12	0.70%
37	香川県	22	1.28%
38	愛媛県	35	2.03%
39	高知県	25	1.45%
40	福岡県	101	5.87%
41	佐賀県	22	1.28%
42	長崎県	35	2.03%
43	熊本県	35	2.03%
44	大分県	25	1.45%
45	宮崎県	21	1.22%
46	鹿児島県	35	2.03%
47	沖縄県	14	0.81%
99	無回答	17	0.99%
合計		1,721	100.00%


### 施設のある都道府県



【質問2】

御施設はどのような医療機関ですか？


番号	回答	件数	比率
1	大学病院	59	3.43%
2	国立病院機構	39	2.27%
3	公立病院	264	15.34%
4	民間病院	754	43.81%
5	有床診療所	80	4.65%
6	無床診療所	359	20.86%
7	検診センター	59	3.43%
8	その他	101	5.87%
9	無回答	6	0.35%
合計		1,721	100.00%



【質問3】

御施設の病床数はどの程度ですか？


番号	回答	件数	比率
1	無床	409	23.77%
2	100床未満	329	19.12%
3	100～299床	565	32.83%
4	300～499床	237	13.77%
5	500床以上	148	8.60%
6	無回答	33	1.92%
合計		1,721	100.00%



【質問4】

感染防止対策加算1又は2を申請していますか？


番号	回答	件数	比率
1	1を申請	262	15.22%
2	2を申請	354	20.57%
3	いずれか準備中	51	2.96%
4	していない	558	32.42%
5	知らない	242	14.06%
6	無回答	254	14.76%
合計		1,721	100.00%



【質問5】


御施設の年間内視鏡実施件数

上部内視鏡検査件数		件/年間	
番号	回答	件数	比率
1	0~200	147	8.54%
2	201~400	164	9.53%
3	401~600	148	8.60%
4	601~800	122	7.09%
5	801~1,000	101	5.87%
6	1,001~1,200	87	5.06%
7	1,201~1,400	97	5.64%
8	1,401~1,600	92	5.35%
9	1,601~1,800	64	3.72%
10	1,801~2,000	57	3.31%
11	2,001以上	628	36.49%
12	無回答	14	0.81%
合計		1,721	100.00%




上部内視鏡検査内訳(回答分のみ) 件/年間

番号	回答	件数	比率
1	外来	1,461,862	54.13%
2	入院	343,215	12.71%
3	健診	895,646	33.16%
合計		2,700,723	100.00%




下部内視鏡検査件数 件/年間

番号	回答	件数	比率
1	0~200	475	27.60%
2	201~400	265	15.40%
3	401~600	203	11.80%
4	601~800	120	6.97%
5	801~1,000	90	5.23%
6	1,001~1,200	87	5.06%
7	1,201~1,400	56	3.25%
8	1,401~1,600	46	2.67%
9	1,601~1,800	55	3.20%
10	1,801~2,000	38	2.21%
11	2,001以上	212	12.32%
12	無回答	74	4.30%
合計		1,721	100.00%



下部内視鏡検査内訳(回答分のみ) 件/年間

番号	回答	件数	比率
1	外来	744,138	73.50%
2	入院	191,217	18.89%
3	健診	77,044	7.61%
合計		1,012,399	100.00%




【質問6】

御施設の内視鏡検査台は何台ありますか？


上部・下部用検査台

番号	回答	件数	比率
1	0台	11	0.64%
2	1台	867	50.38%
3	2台	411	23.88%
4	3台	193	11.21%
5	4台	98	5.69%
6	5台	64	3.72%
7	6台	31	1.80%
8	7台	13	0.76%
9	8台	6	0.35%
10	9台	5	0.29%
11	10台以上	11	0.64%
12	無回答	11	0.64%
合計		1,721	100.00%




X線透視装置付き検査台

番号	回答	件数	比率
1	0台	584	33.93%
2	1台	671	38.99%
3	2台	114	6.62%
4	3台	15	0.87%
5	4台	2	0.12%
6	5台	1	0.06%
7	6台	0	0.00%
8	7台	0	0.00%
9	8台	0	0.00%
10	9台	0	0.00%
11	10台以上	1	0.06%
12	無回答	333	19.35%
合計		1,721	100.00%



その他

番号	回答	件数	比率
1	0台	497	28.88%
2	1台	84	4.88%
3	2台	21	1.22%
4	3台	6	0.35%
5	4台	2	0.12%
6	5台	1	0.06%
7	6台	0	0.00%
8	7台	0	0.00%
9	8台	0	0.00%
10	9台	0	0.00%
11	10台以上	0	0.00%
12	無回答	1,110	64.50%
合計		1,721	100.00%




【質問7】

御施設に所有する消化管内視鏡は何本ありますか？


上部消化管内視鏡

番号	回答	件数	比率
1	0本	9	0.52%
2	1本	92	5.35%
3	2本	279	16.21%
4	3本	261	15.17%
5	4本	198	11.50%
6	5本	146	8.48%
7	6本	121	7.03%
8	7本	90	5.23%
9	8本	85	4.94%
10	9本	58	3.37%
11	10本以上	371	21.56%
12	無回答	11	0.64%
合計		1,721	100.00%




下部消化管内視鏡

番号	回答	件数	比率
1	0本	55	3.20%
2	1本	315	18.30%
3	2本	428	24.87%
4	3本	244	14.18%
5	4本	149	8.66%
6	5本	113	6.57%
7	6本	81	4.71%
8	7本	57	3.31%
9	8本	49	2.85%
10	9本	36	2.09%
11	10本以上	139	8.08%
12	無回答	55	3.20%
合計		1,721	100.00%



その他

番号	回答	件数	比率
1	0本	213	12.38%
2	1本	229	13.31%
3	2本	192	11.16%
4	3本	95	5.52%
5	4本	70	4.07%
6	5本	50	2.91%
7	6本	26	1.51%
8	7本	26	1.51%
9	8本	20	1.16%
10	9本	15	0.87%
11	10本以上	66	3.83%
12	無回答	719	41.78%
合計		1,721	100.00%




【質問8】

スコープの吸引洗浄、外表面の洗浄、吸引・鉗子チャンネルの洗浄に使用する洗剤の商品名  
使用商品名※2品回答

番号	回答	件数	比率
1	エンドフレッシュ	582	31.68%
2	◆台所用洗剤	215	11.70%
3	サイドザイム	180	9.80%
4	エンドザイム	151	8.22%
5	エンドピュア	77	4.19%
6	インスルネットEZ	62	3.38%
7	ステリザイム	48	2.61%
8	メディポール	39	2.12%
9	S CLEAN	35	1.91%
10	タンパククリーン	33	1.80%
11	その他専用洗剤	312	16.98%
12	■その他消毒液・機能水	103	5.61%
合計		1,837	100.00%


使用商品名



年間使用金額(円)

番号	回答	件数	比率
1	～10,000円	66	6.47%
2	10,001～20,000円	25	2.45%
3	20,001～30,000円	44	4.31%
4	30,001～40,000円	17	1.67%
5	40,001～50,000円	40	3.92%
6	50,001～60,000円	43	4.22%
7	60,001～70,000円	27	2.65%
8	70,001～80,000円	30	2.94%
9	80,001～90,000円	59	5.78%
10	90,001～100,000円	33	3.24%
11	100,001円～	636	62.35%
合計		1,020	100.00%

年間使用金額




【質問9】

自動洗浄・消毒装置に使用する洗剤の商品名

使用商品名※2品回答

番号	商品名	件数	比率
1	エンドクイック	724	41.56%
2	エンドピュア	335	19.23%
3	アセサイド	301	17.28%
4	ディスオーパ	132	7.58%
5	電解促進剤	100	5.74%
6	エンドフラッシュ	43	2.47%
7	エスサイド	17	0.98%
8	エンドフレッシュ	11	0.63%
9	セクリン	8	0.46%
10	その他	71	4.08%
合計		1,742	100.00%


自動洗浄・消毒装置に使用する商品名



月間使用量

番号	商品名	ml	比率
1	エンドクイック	10,563	606.37%
2	電解促進剤	4,814	276.32%
3	アセサイド	2,750	157.84%
4	ディスオーパ	2,178	125.03%
5	エンドピュア	1,138	65.34%
6	エンドフレッシュ	705	40.44%
7	エンドフラッシュ	626	35.91%
8	エスサイド	157	8.98%
9	エタノール	133	7.63%
10	その他	423	24.28%
合計		23,485	100.00%


月間使用量



年間症例数

番号	商品名	件数	比率
1	エンドクイック	124,356	85.21%
2	エンドピュア	13,611	9.33%
3	エンドフラッシュ	7,506	5.14%
4	エンドザイム	133	0.09%
5	ハイクリーン・リキッド	72	0.05%
6	スコープマスター	66	0.05%
7	エンドフレッシュ	54	0.04%
8	その他	145	0.10%
合計		145,943	100.00%

年間症例数




【質問10】

症例間ではどのようにスコープの消毒を行っていますか？

番号	回答	件数	比率
1	全例に高水準消毒剤でおこなっている	1,368	78.53%
2	全例に電解酸性水などの機能水で行っている	206	11.83%
3	1と2が混在している	77	4.42%
4	一部の感染症のみ高水準消毒で行っている	17	0.98%
5	消毒は行っていない	1	0.06%
6	その他	30	1.72%
7	無回答	22	1.26%
合計		1,721	98.79%

症例間でのスコープ消毒




【質問11】

全例で実施できない理由(複数回答)

番号	回答	件数	比率
1	スコープの本数が不足している	99	22.97%
2	スタッフが不足している	36	8.35%
3	スペースがない	49	11.37%
4	自動洗浄・消毒装置がない	33	7.66%
5	コストがかかる	130	30.16%
6	その他の理由	84	19.49%
合計		431	100.00%

全例で実施できない理由




【質問12】

スコープの消毒にはどの消毒薬を使用していますか?(複数回答)

番号	回答	件数	比率
1	グルタール	124	6.33%
2	フタール	502	25.61%
3	過酢酸	977	49.85%
4	電解酸性水	276	14.08%
5	二酸化塩素	22	1.12%
6	オゾン水	56	2.86%
7	その他	3	0.15%
合計		1,960	100.00%

スコープの消毒薬




【質問13】

スコープの消毒には自動洗浄・消毒装置をご使用ですか？

番号	回答	件数	比率
1	全例に使用	1,637	95.12%
2	一部に使用	28	1.63%
3	使用していない	43	2.50%
4	無回答	13	0.76%
合計		1,721	100.00%

自動洗浄・消毒装置の使用



【質問14】

自動洗浄・消毒装置の所有台数を使用薬剤別にお答え下さい。


回答	グルタール	比率	フタール	比率
0台	42	36.21%	30	6.07%
1台	66	56.90%	178	36.03%
2台	7	6.03%	159	32.19%
3台	0	0.00%	57	11.54%
4台	1	0.86%	40	8.10%
5台	0	0.00%	18	3.64%
6台	0	0.00%	7	1.42%
7台	0	0.00%	3	0.61%
8台	0	0.00%	0	0.00%
9台	0	0.00%	2	0.40%
10台以上	0	0.00%	0	0.00%
合計	116	100.00%	494	100.00%

過酢酸	比率	電解酸性水	比率
17	1.71%	35	11.01%
407	40.82%	246	77.36%
253	25.38%	25	7.86%
131	13.14%	7	2.20%
92	9.23%	3	0.94%
48	4.81%	1	0.31%
27	2.71%	1	0.31%
10	1.00%	0	0.00%
5	0.50%	0	0.00%
1	0.10%	0	0.00%
6	0.60%	0	0.00%
997	100.00%	318	100.00%

二酸化塩素	比率	オゾン水	比率
42	65.63%	42	40.78%
17	26.56%	55	53.40%
5	7.81%	5	4.85%
0	0.00%	1	0.97%
0	0.00%	0	0.00%
0	0.00%	0	0.00%
0	0.00%	0	0.00%
0	0.00%	0	0.00%
0	0.00%	0	0.00%
0	0.00%	0	0.00%
0	0.00%	0	0.00%
64	100.00%	103	100.00%

### 自動洗浄・消毒装置の薬品別所有台数

◆ グルタラルール    ■ フタラルール    ▲ 過酢酸    ✕ 電解酸性水    \* 二酸化塩素    ● オゾン水



【質問15】

1か月に使用する消毒薬の量


グルタール

円

番号	商品名	件数	比率	月間金額計
1	サイデックス	57	41.91%	1,307,500
2	ステリスコープ	29	21.32%	614,150
3	ステリハイド	17	12.50%	211,264
4	ステリゾール	14	10.29%	426,300
5	グルトハイド	8	5.88%	193,600
6	ワシュライト	5	3.68%	93,800
7	その他	6	4.41%	31,150
合計		136	100.00%	2,877,764

グルタール商品名

■サイデックス ■ステリスコープ □ステリハイド □ステリゾール ■グルトハイド ■ワシュライト ■その他




フタール(回答分のみ)

円

番号	商品名	件数	比率	月間金額計
1	ディスオーバー	570	99.65%	71,524,000
2	フタール	1	0.17%	80,000
3	サイドザイム	1	0.17%	0
合計		572	100.00%	71,604,000

フタール商品名

■ディスオーバー ■フタール □サイドザイム




過酢酸(回答分のみ)

円

番号	商品名	件数	比率	月間金額計
1	アセサイド	917	94.93%	150,907,800
2	エスサイド	44	4.55%	7,046,000
3	過酢酸	1	0.10%	560,000
4	OER-2 OER-3	1	0.10%	98,000
5	その他	3	0.31%	0
合計		966	100.00%	158,611,800


### 過酢酸商品名



### 電解酸性水(回答分のみ) 円

番号	商品名	件数	比率	月間金額計
1	クリーントップ	144	68.57%	2,227,050
2	電解促進剤	18	8.57%	268,450
3	カイゲン	8	3.81%	156,800
4	添加剤	19	9.05%	56,700
5	塩	14	6.67%	26,600
6	その他	7	3.33%	4,970
合計		210	100.00%	2,740,570


### 電解酸性水商品名



### 二酸化塩素(回答分のみ) リットル

番号	商品名	件数	比率	月間使用量
1	セクリン	21	95.45%	250
2	つけるだけ	1	4.55%	3
合計		22	100.00%	253

### 二酸化塩素商品名




オゾン水(回答分のみ)

本

番号	ポンベ容量	件数	比率	月間使用本数
1	0.5リットル	3	15.00%	2
2	5リットル	1	5.00%	4
3	15リットル	2	10.00%	3
4	20リットル	1	5.00%	2
5	70リットル	1	5.00%	1
6	100リットル	1	5.00%	0
7	120リットル	1	5.00%	0
8	500リットル	8	40.00%	5
9	1500リットル	1	5.00%	0
10	7000リットル	1	5.00%	1
合計		20	100.00%	18

オゾン水使用量

0.5リットル 5リットル 15リットル 20リットル 70リットル 100リットル 120リットル 500リットル 1500リットル 7000リットル




トータルコスト

番号	金額	件数	比率
1	0~49,999円	439	29.11%
2	50,000~99,999円	368	24.40%
3	100,000~149,999円	197	13.06%
4	150,000~199,999円	128	8.49%
5	200,000~249,999円	79	5.24%
6	250,000~299,999円	83	5.50%
7	300,000~349,999円	49	3.25%
8	350,000~399,999円	36	2.39%
9	400,000~449,999円	34	2.25%
10	450,000~499,999円	21	1.39%
11	500,000円~	74	4.91%
合計		1,508	100.00%

トータルコスト

0~49,999円 50,000~99,999円 100,000~149,999円 150,000~199,999円  
 200,000~249,999円 250,000~299,999円 300,000~349,999円 350,000~399,999円  
 400,000~449,999円 450,000~499,999円 500,000円~




【質問16】

スコープの洗浄・消毒を担当する体制に関して  
専任の担当者

番号	人数	件数	比率
1	医療資格のない洗浄担当者がある	644	31.74%
2	医療資格を有する洗浄担当者がある	864	42.58%
3	専任者はいない	507	24.99%
4	無回答	14	0.69%
合計		2,029	100.00%

専任の洗浄消毒担当者

■医療資格のない洗浄担当者がある ■医療資格を有する洗浄担当者がある □専任者はいない □無回答




無資格洗浄担当者

番号	人数	件数	比率
1	0人	87	13.59%
2	1人	303	47.34%
3	2人	143	22.34%
4	3人	72	11.25%
5	4人	21	3.28%
6	5人	9	1.41%
7	6人	1	0.16%
8	7人	1	0.16%
9	8人	0	0.00%
10	9人	0	0.00%
11	10人以上	3	0.47%
合計		640	100.00%

無資格洗浄担当者

■0人 ■1人 ■2人 ■3人 ■4人 ■5人 ■6人 ■7人 ■8人 ■9人 ■10人以上




### 有資格洗浄担当者

番号	人数	件数	比率
1	0人	11	1.72%
2	1人	185	28.91%
3	2人	177	27.66%
4	3人	155	24.22%
5	4人	111	17.34%
6	5人	75	11.72%
7	6人	54	8.44%
8	7人	31	4.84%
9	8人	16	2.50%
10	9人	10	1.56%
11	10人以上	24	3.75%
合計		849	100.00%

### 有資格洗浄担当者

■ 0人
 ■ 1人
 ■ 2人
 ■ 3人
 ■ 4人
 ■ 5人
 ■ 6人
 ■ 7人
 ■ 8人
 ■ 9人
 ■ 10人以上




### 有資格洗浄担当者の職種

番号	職種	件数	比率
1	看護師・准看護師	694	62.64%
2	内視鏡技師	291	26.26%
3	臨床検査技師	64	5.78%
4	臨床工学技師	38	3.43%
5	その他	21	1.90%
合計		1,108	100.00%

### 有資格者職種

■ 看護師・准看護師
 ■ 内視鏡技師
 ■ 臨床検査技師
 ■ 臨床工学技師
 ■ その他




【質問17】

洗浄・消毒に関する指導・教育は主に誰が行っていますか？

番号	商品名	件数	比率
1	内視鏡技師	568	33.00%
2	医師	13	0.76%
3	看護師	116	6.74%
4	その他職種	25	1.45%
5	特にしていない	5	0.29%
6	無回答	994	57.76%
合計		1,721	100.00%

洗浄・消毒に関する指導・教育

内視鏡技師
  医師
  看護師
  その他職種
  特にしていない
  無回答




上記 4その他内訳

番号	職種名	件数	比率
1	委託業者	11	44.00%
2	看護助手	6	24.00%
3	臨床工学技師	3	12.00%
4	臨床検査技師	2	8.00%
5	その他	2	8.00%
6	無回答	1	4.00%
合計		25	100.00%

その他職種内訳

委託業者
  看護助手
  臨床工学技師
  臨床検査技師
  その他
  無回答



【質問18】

洗浄・消毒に関する教育はどのように行っていますか？(複数回答)

番号	回答	件数	比率
1	施設内教育	401	39.55%
2	院外の講習会などに参加	175	17.26%
3	1と2併用	390	38.46%
4	その他	48	4.73%
合計		1,014	100.00%

洗浄・消毒に関する教育方法

■施設内教育 ■院外の講習会などに参加 ■1と2併用 ■その他

